

Znak sprawy: ZP.17.2016

Lubień Kujawski, dnia 01.12.2016

Odpowiedzi na pytania oferentów

Dotyczy: „Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach”.

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym zapytaniem w trybie zapytania ofertowego zwracamy

się z zapytaniem do Zamawiającego o dopuszczenie:

- biurko lekarskie o rozm. 1160x700

- leżanki o poniższej specyfikacji

Konstrukcja z profili stalowych pokrytych farbą proszkową, nogi zabezpieczone stopkami

z tworzywa, leże i wezgłowie z płyty pokrytej pianką poliuretanową i obszyte materiałem zmywalnym. Szerokość 640mm, długość 1950mm, wysokość 700/750mm, kąt odchylenia

od do 45 stopni. Leże dwuselekcyjne, tapicerowane, łatwo zmywalne. Uchwyt rolki prześcieradła od strony wezgłowia.

Dane techniczne.

Całkowita szerokość, mm	550
Całkowita długość, mm	1880
Całkowita wysokość, mm	510
Kąt nachylenia wezgłowia,	+/- 40°
Masa stołu, kg	27
Dopuszczalne obciążenia, kg	80

Odpowiedź


Zamawiający dopuszcza biurko lekarskie oraz leżankę o powyższej specyfikacji i rozmiarach.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr sprawy ZP.17.2016, w załączniku przesyłam Państwu pytania. Z uwagi na wydłużony okres produkcji u producenta szaf, prosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia i dostawy szaf z 15 na 50 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania zamówienia i dostawy.


BURMISTRZ
Marek Wilk